

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

MUNICÍPIO DE BOCAIUVA DO SUL – PR Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2023

JUAREZ LOIOLA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.236.386/0001-05, com sede na Rua Atílio Borio nº 721, casa 07, na cidade de Curitiba, estado de Paraná, por seu representante legal infra-assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de;

IMPUGNAR

O Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade seguinte:

DOS FATOS

O subscriteve tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2023. Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se com a necessidade de incluir o pedido de comprovação das qualificações técnica com os seguintes itens:

- Licença Sanitária com liberação para a atividade de manutenção de equipamentos médicos hospitalares e afins. Aqueles que não descrevem atividades de venda/peças apresentarem a isenção.

JUSTIFICATIVA - permissão junto ao município de exercer tal atividade ou apresentar isenção.

- Comprovação de possuir em seu quadro técnico, responsável técnico em eletrotécnica ou técnico em equipamentos médicos devidamente reconhecido, detentor de atestado técnico e registro junto ao CFT. (Ofício-Circular-n-002-2018 CFT)

JUSTIFICATIVA - Necessidade de comprovar o profissional técnico qualificado na modalidade elétrica, a fim de atestar instalações elétricas e atividade correlacionadas.

- Comprovação de possuir em seu quadro técnico, responsável engenheiro eletricista e engenheiro Civil devidamente reconhecido, detentor de atestado técnico e registro junto ao CREA ou CFT. (Conforme CREA-PR responde 243923/2021).

JUSTIFICATIVA - Necessidade de acrescentar mais detalhadamente os engenheiros devidamente reconhecidos a fim de atestar a infraestrutura da unidade de saúde, instalação e manutenção das instalações físicas de compressores e salas odontológicas, instalações elétricas e afins.

- Comprovação de possuir em seu quadro técnico, responsável técnico engenheiro mecânico ou técnico em mecânica devidamente reconhecido, detentor de atestado técnico e registro junto ao CREA ou CFT. (Conforme Ofício 51347/2022 CREA-PR, Ofício-Circular-n-002-2018 CFT).

JUSTIFICATIVA - Necessidade de comprovar o profissional técnico qualificado na modalidade mecânica devidamente reconhecido a fim de atestar a infraestrutura da unidade de saúde, manutenção das instalações físicas de compressores e salas odontológicas, manutenções em autoclaves e afins.

- Comprovação de que a licitante está cadastrada junto ao órgão fiscalizador para realização de manutenção e calibração de esfigmomanômetro e balanças com peso mínimo de 200 kg. (Conforme Portaria INMETRO 65 de 28/01/2015)

JUSTIFICATIVA – exigência em conter atestado de autorização do órgão fiscalizador INMETRO para realizar manutenção em esfigmomanômetro e balanças com escopo mínimo de 200 kg.

JUAREZ LOIOLA
ESPEC. EM MANUTENÇÃO
CFT/PR - 1701246341
CREA/PR - 58284

Sabe-se que a Secretaria de Saúde possui balanças e esfigmomanômetros vez que estes contemplam-se no edital, no entanto, não exige a documentação necessária para a execução adequada dos serviços nestes itens.

Desta maneira, enfatiza-se que a manutenção/calibração é regulamentada pelo INMETRO, e, portanto, apenas empresas devidamente registradas e homologadas estão aptas à prestação dos serviços, de modo que cabe ao ente exigir a competente documentação, sob pena de cometimento de ilegalidade.

Vale consignar, por oportuno, que acerca da exigibilidade de INMETRO em licitação pública, a Lei 8.666/93 estabelece que (grifo nosso):

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.”

Como condição de habilitação, portanto, deverá ser exigida a apresentação dos Atestados de Autorização, emitidos pelo INMETRO, para execução de serviços de manutenção e/ou reparo em Balanças e Esfigmomanômetros (aparelhos de pressão), quando for o caso.

Em conclusão, o ente tem o poder de exigir que empresas interessadas em participar do certame comprovem estar habilitadas para realização da manutenção em equipamentos regulamentados pelo INMETRO, a fim de qualificar as propostas do edital, bem como, sob pena de colocar em risco os usuários do sistema de saúde.

DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:

- Incluir os responsáveis técnicos em elétrica, mecânica, civil e equipamentos médicos conforme separação de atribuições técnicas levando em consideração a particularidade de todos os equipamentos com base nas orientações do CREA/CFT.

- Incluir a exigência da apresentação da Licença Sanitária ou isenção.

- Incluir a exigência da apresentação de atestado de autorização IPEN/INMETRO para manutenção em esfigmomanômetros e **balanças com escopo mínimo de 200 kg.**

- Em tempo hábil o edital poderá ser retificado e republicado incluindo as alterações sem a necessidade de impugnação caso a licitante veja vantagens no processo.

- Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

Nestes Termos

Pedimos Deferimento

Curitiba, 22 de Dezembro de 2023.

JUAREZ LOIOLA
ESPEC. EM MANUTENÇÃO
CFT/PR - 1701246341
CREA/PR - 58284